

# Clearblue®

## 驗孕棒 Ultra Early

- 在預計月經來臨之日檢測的準確率超過 99%。
- **請仔細閱讀本說明書後再進行測試。**

### 1 何時測試



- 最早可於月經逾期之前6天進行測試，也就是預計月經來臨之日前5天
- 如果在預計月經來臨之日前測試，請使用當天的第一次尿液。否則，你可以在當天的任何時間測試。
- 進行測試前，請勿飲用大量液體。

### 2 進行測試

A


**尿液**

你必須將變色取樣端置於尿流中保持5秒。

或

B


**採集的尿液**

看到變色取樣端變為粉色後開始計時20秒。

只需完全浸入取樣端即可

- 拆開鋁箔袋並取下保護蓋。**立即使用驗孕棒。**

#### 選擇你的測試方法

- **重要資訊：** 變色取樣端將立即變為粉紅色，表示正在吸收尿液。

**A** 將變色取樣端置於尿流中保持5秒。

**或者**

**B** 僅將取樣端完全浸入用潔淨的乾燥容器採集的尿樣中20秒。

- 如果變色取樣端沒有完全變為粉紅色，請參見 Q7。
- 蓋上保護蓋並將驗孕棒平放。
- 開始計時。

## 3 分鐘

## 等待 3 分鐘 然後再判讀測試結果

### 3 判讀測試結果



- 質控窗中的線條可能很快就會顯現，但必須等待3分鐘才能判讀測試結果。如果在質控窗中沒有看到藍線，則表示測試無效（參見 Q8）。

**未懷孕**


圖 A

**如果看到兩條線，則表示你懷孕了**


圖 B



圖 C



圖 D

線條顏色的深淺並不重要。

- 如果你的測試結果為「**未懷孕**」，請參見 Q4。
- 如果你的測試結果為「**懷孕**」，請參見 Q3。
- 如果你仍然不確定自己的測試結果，請參見 Q9。

**重要資訊！** 請在測試後 **10分鐘** 內判讀你的測試結果。在此之後測試結果的任何變化都應忽略不計。

**1 Clearblue 的工作原理是什麼?**

當你懷孕後，你的體內會產生一種稱為 hCG (人絨毛膜促性腺激素) 的孕激素。本驗孕棒可以檢測你尿液中的微量 hCG (本驗孕棒的靈敏度為 10mIU/ml)。

**2 我何時可以使用 Clearblue Ultra Early 驗孕棒進行測試?**

你可以在月經逾期之日前最多 6 天進行測試，即預計月經來臨之日前 5 天。如果你在預計月經來臨之日前測試，且測試結果為「未懷孕」，你仍有懷孕的可能。請查看下表，了解使用早孕樣本進行實驗室測試的結果。

提前測試	
距預計月經來臨之日的倒計天數	孕婦樣本中測試結果為「懷孕」的百分比
0	>99%
1	>99%
2	>99%
3	>99%
4	96%
5	79%

**3 我的測試結果為「懷孕」。我該怎麼辦?**

你應該去看醫生，醫生會建議你接下來該怎麼做。

**4 我的測試結果為「未懷孕」，但我仍覺得我可能懷孕了。我該怎麼辦?**

你可能並未懷孕，或 hCG 含量未達到檢測水平，又或者你計算的預計月經來臨日期有誤。如果你提前測試，請在預計月經來臨之日再測一次。如果你的月經推遲，請在 3 天後再測一次。如果測試結果仍為「未懷孕」，你的月經也沒有來，請諮詢醫生。

**5 我之前測到過「懷孕」，但再次測試時結果是「未懷孕」，或者後來我的月經又來了。這說明什麼?**

雖然本驗孕棒在月經來臨之日檢測孕激素的準確率超過 99%，但也有可能發生測得「懷孕」的結果，但後來發現沒有懷孕的情況(即之後測得未懷孕的結果，或者你的月經又來了)。這可能是因為在懷孕初期發生自然流產，又稱「早期流產」，這種情況並不少見，約 1/4 的妊娠會在懷孕初期終止。如果你測得意外結果，請諮詢醫生的意見。

**6 是否有任何藥物或病症會影響測試結果?**

測試前，請務必閱讀你正在使用的任何藥物的廠商說明。含 hCG 的藥物可能會影響測試結果。如果有宮外孕和最近懷孕過，即使未足月，也可能導致誤導性結果。如果你正處於或接近更年期，即使未懷孕，也可能測得錯誤的懷孕結果。測試不應受到包括克羅米芬、止痛藥、酒精、抗生素或避孕藥在內的荷爾蒙療法的影響。如果你測得意外結果，請與醫生討論。

**7 我在測試時，變色取樣端沒有完全變為粉紅色。我該怎麼辦?**

你可能沒有沾取到足夠的尿液；但是，如果在測試後 10 分鐘內質控窗中出現藍線，則表示測試有效。如果在測試後 10 分鐘內質控窗中沒有出現藍線，請參見 Q8。

**8 我進行了測試，但質控窗中沒有出現藍線。我該怎麼辦?**

如果測試已超過 10 分鐘，則表示測試無效。這可能是因為：

- 變色取樣端沒有保持朝下，或吸尿後驗孕棒未平放。
- 使用的尿液過多或過少。

使用新的驗孕棒重新測試，注意按照說明操作。你可以採集尿樣，並使用「採集的尿樣」方法進行測試。

**9 如果我對結果沒把握，該怎麼辦?**

請參見「判讀測試結果」部分中的圖片。

圖 A:

你的測試結果為「未懷孕」。如果你仍覺得自己可能懷孕了，請參見 Q4。

圖 B-D

你的測試結果為「懷孕」。結果窗中出現的線條樣子可能各不相同，但是無論顏色是深是淺，仍表示「懷孕」結果。

圖 B: 這種情況更有可能發生在預計月經來臨之日前進行測試時，此時你的 hCG 水平可能相對較低。

圖 C: 這種情況一般發生在預計月經來臨之日或前後進行測試時。

圖 D: 這種情況更有可能發生在預計月經來臨之日過後幾天測試時，因為此時的 hCG 水平更高。

如果你仍不確定自己的測試結果，應至少在 3 天之後再測一次，注意按照說明操作。

**www.clearblue.com**

有關懷孕事宜的後續步驟、資訊和一般建議，請造訪我們的網站：  
**www.clearblue.com**

用於在家自測。

僅用於體外診斷。

非內部使用。

請勿重複使用。

放置於兒童無法觸及之處。

儲存溫度為 2° - 30°C。


如果冷藏儲存，應在室溫下放置 30 分鐘後再測試。


如果鋁箔袋損壞，切勿使用。

切勿在「有效期限」之後使用。

與日常生活垃圾一起丟棄。

733299.0 03-2021

 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),  
Route de St Georges 47,  
1213 Petit-Lancy, 瑞士日內瓦。  
Clearblue 是 SPD 的商標。  
© 2021 SPD. 保留所有權利。

 進口商：香港寶潔有限公司  
香港灣仔港灣道 6-8 號瑞安中心 6 樓  
中國製造。

	廠商		請勿重複使用
	批號		體外診斷醫療器械
	有效期限		溫度限制 2°C - 30°C